

WTS Wassertechnik Schnell  
 GmbH & Co.KG  
 Auf dem Langloos 20  
 55270 Klein-Winternheim

Leiter:  
 Prof. Dr. med. Michael Pietsch

Geb. 905 5. Etage/Zimmer: 542  
 Hochhaus am Augustusplatz  
 55131 Mainz  
 Sekretariat Telefon: +49 (0) 6131 17-9152  
 Sekretariat Telefax: +49 (0) 6131 17-9044

Wasserlabor Bakteriologie Telefon: +49 (0) 6131 17-9177  
 Wasserlabor Chemie Telefon: +49 (0) 6131 17-9181  
 +49 (0) 6131 17-9308  
 +49 (0) 6131 17-9310

Wasserlabor Email: wasserlabor-hygiene@unimedizin-mainz.de

Mainz, den 01.02.2018

### Prüfbericht

#### Untersuchung von wasserführenden Systemen in Dentaleinheiten nach RKI-Empfehlung 2006

<b>Meßstelle:</b>	Zahnarztpraxis Dr.Bernhard, Vorm Heiligen Kreuz 15, 64331 Weiterstadt	<b>Entnahmedatum:</b>	22.01.2018
		<b>Entnahmeuhrzeit</b>	13:14-13:49 Uhr
<b>Eingangs.Nr.:</b>	B 0492_18-B 0496_18	<b>Laboreingang:</b>	22.01.2018, 15:20 Uhr
<b>Probenehmer:</b>	Lubenau	<b>Prüfbeginn:</b>	22.01.2018, 15:25 Uhr
		<b>Prüfende:</b>	01.02.2018

#### Ergebnisse:

umseitig

#### Beurteilung:

Die **mikrobiologischen Anforderungen** der RKI-Empfehlung 2006 wurden in den Untersuchungsproben **erfüllt**.



Prof. Dr. M. Pietsch / Dr. E.Gollner-Schleer / Dr. W. Kohnen / Dr. R. Pietsch  
 Abteilungsleiter / Stellv. Abteilungsleiterin / Laborleiter / Assistentin

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den untersuchten Prüfgegenstand.  
 n.g.= nicht gemessen